

# MR室入室前のチェックリスト

金属製または磁気に敏感な物品、素材がわからないものを持っていませんか？  
これらを持ったまま、MR室へ入室すると事故発生につながり大変危険です。

## 取り外しのできない金属類



- ・心臓ペースメーカー  
及びリード
- ・各種ステント
- ・冠動脈カテーテル
- ・刺刺電極
- ・シャント



- ・人工内耳
- ・補聴器
- ・自動体外起搏器
- ・手術用クリップ



- ・刺青
- ・タトゥー



- ・美容整形術で  
挿入された  
金属等
- ・永久アイライン



- ・磁気接着眼瞼
- ・金属加工等の仕事に  
関連した経験や事故などで  
体内(特に眼)に  
金属片が刺さっている人



- ・義肢
- ・可動式義歯
- ・プレートロット
- ・チタン以外の人工骨・関節
- ・ハローベスト

### 体内に挿込み又は留置する医療機器等について

金属を含む医療機器等が挿込み又は留置された患者には、原則MR検査を実施しないこと。【挿込み又は留置された医療機器等の体内での移動、故障、破損、動作不良、火傷等が起こるおそれがある。】  
ただし、条件付きでMR装置に対する適合性が認められた医療機器の場合を除く。検査に際しては、患者に挿込み又は留置されている医療機器の添付文書等を参照のうえ、画像条件等を必ず確認すること。

厚生労働省医薬品部「磁気共鳴画像診断装置に係る使用上の注意の取組について」  
薬政安発131220第2号/薬事機発0520第5号(2013)



- ・インプラント
- ・差し歯
- ・本格矯正装置  
(マルチブラケットシステム)
- ・歯科用歯槽インプラント

## 取り外しのできる金属類・化粧品等 (不明な場合はそれぞれの商品の製造元にお問い合わせください)



- ・カラー  
コンタクトレンズ
- ・アイシャドー



- ・つけまつげ
- ・マスカラ



- ・めがね



- ・かつら
- ・ウィッグ
- ・ヘアエクステンション
- ・眉毛スプレー



- ・UVケア用品(クリーム  
スプレー/ワダーを含む)
- ・金属イオンを含む化粧品
- ・ファンデーション(下地/保湿  
クリーム/パウダーを含む)
- ・湿熱・湿感クリーム



- ・ヘアピン
- ・バレッタ(髪止め)



- ・アクセサリ  
指輪・ピアス  
(ボディピアス)



- ・ネイルアート
- ・ジェルネイル
- ・アクリルネイル
- ・つけ爪
- ・マニキュア



- ・ホック・ファスナー  
等金属の付いた  
衣類や下着



- ・金属糸の入った  
衣類
- ・下着(インナー  
保護用下着・  
矯正下着等)



- ・ブラジャー



- ・エレキパン
- ・カイロ各種
- ・各種貼付剤
- ・ニトロゲーム
- ・テーピング



- ・杖  
(全木製以外)
- ・杖



- ・足力トレーニング等  
のウェイト(砂のう)



- ・携帯電話
- ・スマートフォン
- ・タブレット



- ・マスク(金属の  
入っているもの)



- ・磁気カード  
(IDカード・  
銀行カード・  
クレジットカード等)



- ・ポケットナイフ



- ・時計
- ・金属小物
- ・ライター



- ・財布・紙幣クリップ
- ・小銭・コインメダル



- ・安全ピン
- ・ゴムクリップ



- ・ペン
- ・鉛筆



- ・かぎ



- ・その他素材の  
わからないもの

ご質問がありましたら、放射線科スタッフへ お知らせください。